第 H－１１４７号

分析結果報告書

平成２４年　４月　９日

株式会社ＧＩＧＡ 殿

計量証明事業所　登録番号　第 631 号
(株)コスモ環境衛生コンサルタント
(住所) 名古屋市西区天塚町四丁目８番地
(事業所)名古屋市西区城北町二丁目 129-2
TEL(052)529-2656 FAX(052)529-2671
環境計量士　伊藤　教博

検査の種類	放　射　能　検　査	受入月日	平成２４年　４月　６日		
試料の種類	パタゴニア・ソルト（天日湖塩）	採取場所			
採 取 日 時	平成２４年　４月　６日	採取者名	依頼者		
検 査 方 法	γ線スペクトロメーター（ゲルマニウム半導体検出器）法		測定時間	600 秒	

上記試料に対する分析結果を次のとおり証明します。

検　査　項　目	検　査　結　果	摂取制限に関する指標値
ヨウ素－131	検出せず（１９Bq/kg 未満）	＊　　＊
セシウム－134	検出せず（１１.Bq/kg 未満）	１００Ｂｑ／ｋｇ
セシウム－136	検出せず（２４Bq/kg 未満）	１００Ｂｑ／ｋｇ
セシウム－137	検出せず（１８Bq/kg 未満）	１００Ｂｑ／ｋｇ

――以下余白――